



1ª ERRATA

PROCESSO ANÁLOGO Nº 0095/2024

PROCESSO ANÁLOGO:0095/2024

1) NO ANEXO II – TABELA ORIENTATIVA DE COLETA DE ÁGUA:

DEVE-SE CONSIDERAR PLANILHA ABAIXO CONTENDO CORREÇÃO DO NÚMERO DE AMOSTRAS:

<u>Ponto de Coleta</u>	<u>Tipo</u>	<u>Amostra</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Periodicidade</u>	<u>Quantidade total anual</u>
Dialisato na Máquina de Hemodiálise	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Dialisato	8	Mensal	96
Bancada do Reuso	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Pesquisa de Endotoxina Legislação RDC 11/2014				
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014				
Retorno do Looping 1 das Máquinas	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Pesquisa de Endotoxina Legislação RDC 11/2014				
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014				
Retorno do Looping 2 das Máquinas	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Pesquisa de Endotoxina Legislação RDC 11/2014		1	Mensal	12
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014		1	Mensal	12
Retorno do Looping do Reuso	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Pesquisa de Endotoxina Legislação RDC 11/2014				
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014				
Pós Reservatório Hemodiálise	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014				
Pré Caixa d'água Potável	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)	Água Potável	1	Mensal	12
	Coliformes Totais Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)		1	Mensal	12
	Coliformes Fecais Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)		1	Mensal	12
	Características Organolépticas (Cor, Odor, Sabor, pH, Turbidez, Cloro Livre) Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)		1	Mensal	12
Pós Caixa d'água Potável	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)	Água Potável	1	Mensal	12
	Coliformes Totais Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)		1	Mensal	12
	Coliformes Fecais Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)		1	Mensal	12
	Características Organolépticas (Cor, Odor, Sabor, pH, Turbidez, Cloro Livre) Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)		1	Mensal	12
Dialisato em Suspeita Pirogenia	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Dialisato	4	Mensal	48
Loop em Suspeita de Pirogenia	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	4	Mensal	48
Pós Reservatório Hemodiálise	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014				
Pós Reservatório Laboratório	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014				
Análise Química Hemodiálise Semestral	Análise Química Completa (Todos inorgânicos) Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)	Água Purificada	1	Semestral (Fevereiro e Agosto)	2
Análise Química Laboratório Semestral	Análise Química Completa (Todos inorgânicos) Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)	Água Purificada	1	Semestral (Fevereiro e Agosto)	2



INCLUSÃO ANEXO I – ESCOPO TÉCNICO:

A empresa deverá se responsabilizar pelo transporte dos frascos já com a amostra coletada, apenas para as demandas programadas mensais, que ocorrem somente uma vez por mês, geralmente na segunda semana do mês. A coleta sempre será realizada pelo Hospital.

Belo Horizonte, 04 de junho de 2024.

Letícia Marques Almeida Victor
Compradora

Marcos Antonio Teixeira
Presidente de Comissão Permanente de Licitação
Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 1° ERRATA PROCESSO 0095_Análise de Água Hemodiálise

Autor: Letícia Marques Almeida Victor - leticia.victor@hospitaldabaleia.org.br

Status: Finalizado

Hash: B2-5C-B1-53-D7-D5-7A-79-4B-C4-7D-4E-DE-8E-BE-82-6E-0F-A3-EC

Hash SHA256: 1d79d3b7c4c9abd6a0c3cb6cd1bf434aa977dfb2af11a124dfbdb38fa300f158

Assinaturas

Nome: Marcos Antonio Teixeira - **CPF/CNPJ:** 780.004.406-87

E-mail: marcos.teixeira@hospitaldabaleia.org.br - **Data:** 04/06/2024 14:50:21

Status: Assinado eletronicamente como gestor

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 04/06/2024 14:47:14 - **Leitura completa em:** 04/06/2024 14:47:27

IP: 177.85.81.234

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=B2-5C-B1-53-D7-D5-7A-79-4B-C4-7D-4E-DE-8E-BE-82-6E-0F-A3-EC>

Código HASH: B2-5C-B1-53-D7-D5-7A-79-4B-C4-7D-4E-DE-8E-BE-82-6E-0F-A3-EC

