



2ª ERRATA

PROCESSO ANÁLOGO Nº 0095/2024

PROCESSO ANÁLOGO: 0095/2024

1) NA TABELA ORIENTATIVA DE COLETA DE ÁGUA :

Considerar tabela abaixo, na qual foram corrigidos números de referência das rdc's.

Ponto de Coleta	Tipo	Amostra	Quantidade	Periodicidade	Quantidade total anual
Dialisato na Máquina de Hemodiálise	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Dialisato	8	Mensal	96
Bancada do Reuso	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Pesquisa de Endotoxina Legislação RDC 11/2014				
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014				
Retorno do Looping 1 das Máquinas	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Pesquisa de Endotoxina Legislação RDC 11/2014				
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014				
Retorno do Looping 2 das Máquinas	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Pesquisa de Endotoxina Legislação RDC 11/2014		1	Mensal	12
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014		1	Mensal	12
Retorno do Looping do Reuso	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Pesquisa de Endotoxina Legislação RDC 11/2014				
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014				
Pós Reservatório Hemodiálise	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014				
Pré Caixa d'água Potável	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)	Água Potável	1	Mensal	12
	Coliformes Totais Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)		1	Mensal	12
	Coliformes Fecais Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)		1	Mensal	12
	Características Organolépticas (Cor, Odor, Sabor, pH, Turbidez, Cloro Livre) Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)		1	Mensal	12
Pós Caixa d'água Potável	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)	Água Potável	1	Mensal	12
	Coliformes Totais Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)		1	Mensal	12
	Coliformes Fecais Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)		1	Mensal	12
	Características Organolépticas (Cor, Odor, Sabor, pH, Turbidez, Cloro Livre) Legislação Portaria 888/2021 (Anterior consolidação nº 5)		1	Mensal	12
Dialisato em Suspeita Pirogenia	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Dialisato	4	Mensal	48
Loop em Suspeita de Pirogenia	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	4	Mensal	48
Pós Reservatório Hemodiálise	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014				
Pós Reservatório Laboratório	Contagem de bactérias heterotróficas do dialisato Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Mensal	12
	Coliformes Totais Legislação RDC 11/2014				
Análise Química Hemodiálise Semestral	Análise Química Completa (Todos inorgânicos) Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Semestral (Fevereiro e Agosto)	2
Análise Química Laboratório Semestral	Análise Química Completa (Todos inorgânicos) Legislação RDC 11/2014	Água Purificada	1	Semestral (Fevereiro e Agosto)	2



Belo Horizonte, 19 de junho de 2024.

Letícia Marques Almeida Victor
Compras

Marcos Antonio Teixeira
Presidente de Comissão Permanente de Licitação
Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 2ª ERRATA PROCESSO 0095 ANÁLISE DE ÁGUA HEMODIÁLISE

Autor: Letícia Marques Almeida Victor - leticia.victor@hospitaldabaleia.org.br

Status: Finalizado

Hash: 97-89-40-EF-B3-AD-BA-E2-69-9C-57-3A-B3-C7-5D-90-53-CA-D2-60

Hash SHA256: 2f1d05371809e52836405d4eb7fea6e14aaf9dfcb2428407e63b9c2313bb29e5

Assinaturas

Nome: Marcos Antonio Teixeira - **CPF/CNPJ:** 780.004.406-87 - **Cargo:** Gerente de Suprimentos

E-mail: marcos.teixeira@hospitaldabaleia.org.br - **Data:** 19/06/2024 14:32:20

Status: Assinado eletronicamente como gestor

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 19/06/2024 14:31:51 - **Leitura completa em:** 19/06/2024 14:32:08

IP: 177.85.81.234

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=97-89-40-EF-B3-AD-BA-E2-69-9C-57-3A-B3-C7-5D-90-53-CA-D2-60>

Código HASH: 97-89-40-EF-B3-AD-BA-E2-69-9C-57-3A-B3-C7-5D-90-53-CA-D2-60

