TERMO DE RESULTADO

TERMO DE COTAÇÃO PROCESSO ANÁLOGO Nº 57/2025

CONVENIO FEDERAL: 947085/2023
PROCESSO: 25000131481202320

OBJETO: Contratação para aquisição de 01 (um) colposcópio, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência.

Este processo seguiu corretamente os ritos do processo análogo à Licitação, tendo ampla publicidade. Explicitamos que o edital foi divulgado no dia 17/04/2025 via internet, site oficial da instituição, https://hospitaldabaleia.org.br/) Gtplan e Transferegov .

Informamos que o prazo máximo para recebimento das propostas se deu até as 23h:59min (conforme horário de Brasília / DF) do dia **28/04/2025** (vinte e oito de abril de dois mil e vinte e cinco).

Registramos obtivemos 02 (duas) propostas.:

Participante 1- MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA- CNPJ: 00.625.332/0001.61
Valor da proposta: R$ 16.500,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
-Desclassificada

Participante 2 - LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 04.948.334/0001-42
Valor da proposta: R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais)
-Apresentou proposta acima do valor de referênia razão pela qual não houve análise dessa proposta.

Diante do exposto acima, o mesmo será **FRACASSADO** e, um novo certame será realizado.

Belo Horizonte,14 de maio de 2025.

Margarete Gomes Cardoso
Analista de Licitação
Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia

Jonata Ferreira Vette
Presidente de Comissão Contratação
Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia

COMUNICADO INTERNO

Hospital da Baleia

	Engenharia Clínica		14/05/2025
	Setor de Licitação		
	Análise técnica da(s) proposta(s) comercial(is) para aquisição de aquisição de 01 (um) colposcópio, conforme Convênio Federal 947085/2023, Processo: 25000131481202320		

Prezados,

Foi realizada análise técnica da proposta comercial do equipamento ofertado pela empresa MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 00.625.332/0001-61. Nela foram analisadas se as características do equipamento e acessórios estavam em conformidade com o termo de referência. Objetivando complementar a análise de qualquer informação ausento ou dúbia, foi utilizado como base de análise o catálogo, manual e proposta enviada pela empresa.

Após avaliação, esta comissão técnica tem as seguintes considerações.
Item 01: 01 – Colposcópio da marca MARTEC MED, Modelo CPM 7006 TC – Registro na ANVISA: 82678210001.

As especificações técnicas do equipamento ofertado

.

- Conjunto de lentes de vidro com tratamento térmico antirreflexo e antifungo

Após análise detalhada da proposta comercial, do manual técnico e da documentação complementar, bem como realização de diligência junto ao fornecedor para esclarecimentos adicionais, verificou-se que Embora o manual e a proposta mencionem o uso de lentes de cristal de alta qualidade, não há nenhuma referência explícita ou certificação que comprove a presença de tratamento térmico específico com propriedades antirreflexo e antifúngicas. Tampouco foram apresentados laudos técnicos, fichas de produto ou declarações formais do fabricante que atestem tal conformidade.

COMUNICADO INTERNO

A ausência de comprovação desse tratamento compromete diretamente os seguintes aspectos do desempenho e segurança do equipamento:

- Qualidade da Imagem: O tratamento antirreflexo é essencial para evitar dispersão de luz e garantir a clareza e nitidez das imagens, fundamentais na detecção de lesões ginecológicas precoces;
- Durabilidade e Higiene: O tratamento antifúngico nas lentes é indispensável em ambientes hospitalares úmidos, prevenindo formação de fungos que deterioram a ótica, comprometem a biossegurança e aumentam a necessidade de manutenção;
- Biossegurança: Lentes sem proteção adequada podem se tornar vetores de contaminação cruzada, impactando diretamente na segurança do paciente e no controle de infecções.

3 - *Atestado(s) de capacidade técnica, atestando que a empresa participante já tenha fornecido mesmo tipo de equipamento e marca no mercado brasileiro, através da apresentação de no mínimo 02 (dois) atestados de desempenho anterior emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Tal atestado deverá ser comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente Cotação.*

Após análise detalhada dos documentos comprobatórios, não foi identificado atendimento ao requisito de apresentação de capacidade técnica conforme solicitado no item 8.7.4.3 do termo de referência. A porponente apresentou somente 1 (um) atestado de capacidade técnica que atesta fornecimento de produto, cujo modelo é diferente do ofertado no presente processo.

A não apresentação dos atestados de capacidade técnica exigidos inviabiliza a comprovação formal de que a empresa possui experiência e desempenho anterior compatível com o objeto da presente cotação. Dessa forma, não é possível atestar a qualificação técnica da proponente para o fornecimento solicitado, nos termos do item 8.7.4.3 do termo de referência.

gov.br Documento assinado digitalmente
NYALLA MARIA DO VALLE ALVES
Data: 14/05/2025 12:24:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nyalla Valle
Engenheira Clínica

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: TERMO DE RESULTADO -CI - FRACASSADO
Autor: Margarete Gomes Cardoso - margarete.cardoso@hospitaldabaleia.org.br
Status: Finalizado
HASH TOTVS: 83-D5-9A-D1-57-CE-1E-F6-0F-E4-89-38-57-7D-5E-B1-2B-B3-89-3E
SHA256: aea2125d6a1e24b9a1ec23189fdd104fc2fa35ff9701aa0da474374035c84400

Assinaturas

Nome: Margarete Gomes Cardoso - **CPF/CNPJ:** 041.471.836-46 - **Cargo:** Analista de Licitação
E-mail: margarete.cardoso@hospitaldabaleia.org.br - **Data:** 15/05/2025 07:58:42
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 15/05/2025 07:58:37 - **Leitura completa em:** 15/05/2025 07:58:40
IP: 138.122.106.210
Geolocalização: -19.9331426, -43.8959607

Nome: Jonata Ferreira Vette - **CPF/CNPJ:** 095.316.326-18 - **Cargo:** Gerente de Verbas Públicas
E-mail: jonata.vette@hospitaldabaleia.org.br - **Data:** 15/05/2025 08:35:33
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 15/05/2025 08:35:24 - **Leitura completa em:** 15/05/2025 08:35:31
IP: 138.122.106.210
Geolocalização: -19.9268576, -43.8984352

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=83-D5-9A-D1-57-CE-1E-F6-0F-E4-89-38-57-7D-5E-B1-2B-B3-89-3E

HASH TOTVS: 83-D5-9A-D1-57-CE-1E-F6-0F-E4-89-38-57-7D-5E-B1-2B-B3-89-3E