

ERRATA Nº 002/2026

Processo: Cotação prévia 085/2026 – Aquisição de Simulador/ Tomógrafo para Radioterapia

Fica retificada a especificação técnica constante no Termo de Referência, conforme disposto a seguir:

ONDE LÊ-SE:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA	PÁG. DE REFERENCIA NO MANUAL
1.1.7.7	Capacidade de armazenamento local mínima de 4 (quatro) TeraBytes, dedicada ao armazenamento operacional de imagens adquiridas e reconstruídas, preferencialmente em tecnologia SSD ou sistema híbrido (SSD + HDD corporativo), com configuração em RAID para redundância e segurança dos dados. O sistema deverá permitir expansão futura de capacidade, sem necessidade de substituição integral do console	.

LEIA-SE:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA	PÁG. DE REFERENCIA NO MANUAL
1.1.7.7	Capacidade mínima de 1 (um) TeraByte, desde que o sistema ofertado possua mecanismo automático de gerenciamento de armazenamento, com envio automático e confirmado ao PACS institucional (DICOM Storage Commitment ou equivalente), regras configuráveis de retenção e exclusão segura automatizada, devendo o proponente comprovar tecnicamente que a solução garante operação contínua sem necessidade de exclusões manuais rotineiras por parte dos operadores.	

Permanecem inalteradas as demais condições do Termo de Referência e seus anexos.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2025.

Nyalla Valle
Engenheira Clínica
CREA-MG: 370056MG
Fundação Benjamin Guimarães | Hospital da Baleia



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1149-5C59-5D64-9A6C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NYALLA MARIA DO VALE ALVES (CPF 098.XXX.XXX-09) em 26/02/2026 10:51:32 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JONATA FERREIRA VETTE (CPF 095.XXX.XXX-18) em 26/02/2026 11:02:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://hospitaldabaleia.1doc.com.br/verificacao/1149-5C59-5D64-9A6C>