

ERRATA Nº 004/2026

Processo: Cotação prévia 166/2026 – Aquisição de Microscópio Cirúrgico para Neurocirurgia com Fluorescência

Fica retificada a especificação técnica constante no Termo de Referência, conforme disposto a seguir:

ONDE LÊ-SE:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA	PÁG. DE REFERENCIA NO MANUAL
1.1.9	Fluorescência Intraoperatória	
1.1.9.1	O equipamento deverá contemplar sistema de fluorescência intraoperatória para aplicação tumoral, compatível com fluoresceína, devendo ser fornecido plenamente operacional no momento da entrega;	
1.1.9.2	Não serão aceitas soluções que impeçam a implementação futura de fluorescência complementar, devendo a compatibilidade para expansão ser comprovada por documentação técnica do fabricante.	

LEIA-SE:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA	PÁG. DE REFERENCIA NO MANUAL
1.1.9	Fluorescência Intraoperatória	
1.1.9.1	O equipamento deverá contemplar sistema de fluorescência intraoperatória para aplicação tumoral, compatível com fluoresceína, devendo ser fornecido plenamente operacional no momento da entrega;	
1.1.9.2	A possibilidade de implementação futura de fluorescência complementar poderá ser considerada como característica adicional do equipamento, não sendo requisito obrigatório para fins de atendimento desta especificação;	

Permanecem inalteradas as demais condições do Termo de Referência e seus anexos.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2026.

Nyalla Valle
Engenheira Clínica
CREA-MG: 370056MG
Fundação Benjamin Guimarães | Hospital da Baleia



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 54CC-5DED-D0DF-0D0A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NYALLA MARIA DO VALE ALVES (CPF 098.XXX.XXX-09) em 30/04/2026 10:49:44 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://hospitaldabaleia.1doc.com.br/verificacao/54CC-5DED-D0DF-0D0A>