

**ERRATA Nº 005/2026**

**Processo: Cotação prévia 166/2026 – Aquisição de Microscópio Cirúrgico para Neurocirurgia com Fluorescência**

Fica retificada a especificação técnica constante no Termo de Referência, conforme disposto a seguir:

**ONDE LÊ-SE:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA	PÁG. DE REFERENCIA NO MANUAL
1.1.2.3	Objetiva com distância de trabalho variável, com faixa mínima entre 200 mm e 600 mm, sem necessidade de troca de lente;	

**LEIA-SE:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA	PÁG. DE REFERENCIA NO MANUAL
1.1.2.3	Objetiva com distância de trabalho variável, com faixa mínima entre 225 mm e 600 mm, sem necessidade de troca de lente;	

Permanecem inalteradas as demais condições do Termo de Referência e seus anexos.

Belo Horizonte, 04 de maio de 2026.

---

Nyalla Valle  
Engenheira Clínica  
**CREA-MG: 370056MG**  
Fundação Benjamin Guimarães | Hospital da Baleia



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0230-8447-2EA7-CA4E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NYALLA MARIA DO VALE ALVES (CPF 098.XXX.XXX-09) em 03/05/2026 20:03:31 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://hospitaldabaleia.1doc.com.br/verificacao/0230-8447-2EA7-CA4E>